



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
« ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ »

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι.Κ. ΒΑΡΔΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ν.Π.Ι.Δ.**

Ταχ. Δ/ση : Γ .Παπανδρέου 2,
Ερμούπολη - Σύρος Τ.Κ: 841 00

Ερμούπολη 10-03-2016
Αρ. Πρωτ. : 30

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01ΚΛ/2016

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1)
«ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
&
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 22.000,00€.**

Το Κληροδότημα Ι.Κ. Βαρδάκα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο», έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1 Τις διατάξεις του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/1999 τ. Α') «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ.»
- 1.2 Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α' 185/10-09-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
- 1.3 Του Ν. 4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρο 133.
- 1.4 Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
- 1.5 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
- 1.6 Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
- 1.7 Του Ν.4281/2014 μέρος Β΄(ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
- 1.8 Ν. 4354/2015 άρθρο 5 (Α΄176) “ η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 30ηΑπριλίου 2016 , εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.
- 1.9 Του Ν. 4250/2014 άρθρα 1 & 3 που αφορούν τη μείωση διοικητικών βαρών απλούστευσης διαδικασιών.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1.Την με αριθ. 1/27/02.11.2015 Απόφαση του Δ. Σ. του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και Γ. Ν.-Κ.Υ. Νάξου, που ενεργεί ως Διοικητής και Διαχειριστής του κληροδοτήματος Ι.Κ. Βαρδάκα, για γνωμοδότηση σκοπιμότητας της προμήθειας από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
- 2.2 Την με αριθ. 4/13/20.11.2015 Απόφαση του Δ. Σ. του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και Γ. Ν.-Κ.Υ. Νάξου, που ενεργεί ως Διοικητής και Διαχειριστής του κληροδοτήματος Ι.Κ. Βαρδάκα., για αναβολή της εξέτασης της προμήθειας «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του Γ.Ν. Σύρου, εν αναμονή της γνωμοδότησης του Ε.Σ. του Νοσοκομείου.
- 2.3 Την με αριθ. 1/2/18.02.2016 Απόφαση του Δ. Σ. του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και Γ. Ν.-Κ.Υ. Νάξου, που ενεργεί ως Διοικητής και Διαχειριστής του κληροδοτήματος Ι.Κ. Βαρδάκα, με έγκριση διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού (01/ΚΛ2016) για την προμήθειας μίας (1) «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του Γ.Ν. Σύρου και ορισμό επιτροπών σύνταξης προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού.
- 2.4 Την με αριθ. 1/3/02-03.2016 Απόφαση του Δ. Σ. του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και Γ. Ν.-Κ.Υ. Νάξου, που ενεργεί ως Διοικητής και Διαχειριστής του κληροδοτήματος Ι.Κ. Βαρδάκα, με έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισμού (01/ΚΛ2016) για την προμήθειας μίας (1) «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του Γ.Ν. Σύρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια **ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS))**, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 22.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 29-03-2016 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ωρα: 12:00 μ. μ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 28-3-2015 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα: 14:30 μ. μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Διεύθυνση: Πάροδος Γ. Παπανδρέου (Γ.Ν. Σύρου, Γρ. Διοικητή), Τηλ.: 2281360569
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	€22.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη βαρύνει:	Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος (ΚΑΕ 7131) και το έτος που αφορά η σύμβαση που θα υπογραφεί.
CPV	33162000 - 3

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:

α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω άρθρων 5, 6, 7.

Σημείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα αρχή είναι απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

- Τα Στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
- Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Τον αριθμό της διακήρυξης (01ΚΛ/2016), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. Κ. ΒΑΡΔΑΚΑ του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ») και την ημερομηνία διενέργειας (29-03-2016).

Στην αρχή του κάθε επί μέρους φακέλου πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας περιεχομένων - Πίνακας Ελέγχου Περιεχομένων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την **Δευτέρα 28-3-15 και ώρα 14:30.**

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές, δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή και επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί.

Χρόνος ισχύος προσφοράς : 90 ημέρες

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:

1. **Εγγυητική Επιστολή** Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (βάσει του ν.4281/14), επί της καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 379,31€.

Λήξη Ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

3. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο προσφέρων:

- α. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
- β. δεν τέλει σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α' της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
- γ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
- δ. Είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- ε. Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

B) Πίνακα Συμμόρφωσης

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες.

Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερειακά και με σαφήνεια όλες οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ΕΙΔΟΥΣ και των επί μέρους τμημάτων από τα οποία αποτελείται καθώς και των επί μέρους λειτουργιών τους στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους αντικειμένου, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου ΕΙΔΟΥΣ με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

Πίνακας συμμόρφωσης

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να περιλάβει αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων που περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β' της διακήρυξης για το ΕΙΔΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ /ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ/ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ. την ημέρα υποβολής της προσφοράς		
	Χωρίς ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Τιμή εξοπλισμού – (Τ)		
Τιμή Πλήρους Συντήρησης για το πρώτο έτος μετά το πέρας της εγγύησης – (ΤΠΣ)		
Συνολική Τιμή Πλήρους Συντήρησης για μια δεκαετία- (ΣΤΠΣ)		
Συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς- (Κ)		

Όπου:

Τιμή εξοπλισμού: το κόστος του εξοπλισμού εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

Τιμή Πλήρους συντήρησης για το πρώτο έτος μετά το πέρας της εγγύησης: Τιμή συντήρησης συμπεριλαμβανομένων όλων ανεξαιρέτως των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως εργατικών). Αυτονόητο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά ή αναλώσιμα απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Συνολική τιμή πλήρους συντήρησης για μια δεκαετία: Η τιμή ΣΤΠΣ θα προκύπτει από τον τύπο:

Τιμή Πλήρους Συντήρησης * (10-ε) όπου ε είναι το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας του υποψηφίου.

Συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος (τιμή προμήθειας εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη λειτουργία), καθώς και την αξία των ετησίων συντηρήσεων (πλήρης συντήρηση συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας οπότε προκύπτει από τον τύπο $K=T+\Sigma ΤΠΣ$

B1.1 Συμπληρωματικά θα δοθεί και τιμή συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά για το πρώτο έτος μετά το πέρας της εγγύησης καθώς ο σχετικός τιμοκατάλογος ανταλλακτικών.

Επισημαίνεται ότι το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του παρόντος ΕΡΓΟΥ. Οι προσφερόμενες τιμές συντήρησης θα ισχύσουν εφόσον το επιθυμεί το Νοσοκομείο μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης.

B1.2 Συγκεκριμένα ο προσφέρων στον φάκελο της οικονομικής του προσφοράς θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τη οποία, σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν, αποδέχεται εφόσον το νοσοκομείο σχετικά αποφασίσει, με το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, την υπογραφή σύμβασης συντήρησης με τις τιμές και τους όρους της παρούσας προσφοράς κατά το μέγιστο έως την παρέλευση δεκαετίας από την εγκατάσταση το μηχανήματος. Η δέσμευσης που αναλαμβάνει ο προσφέρων με την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου αυτής, παύει αυτόματα να ισχύει, είτε μετά την άπρακτη πάροδο έξι μηνών από την συμβατική λήξη της περιόδου εγγύησης της προμήθειας της παρούσας διακήρυξης, που συνιστά το οριακό χρονικό διάστημα εντός του οποίου το νοσοκομείο πρέπει να αποφασίσει την ανάθεση σε αυτόν της σύμβασης συντήρησης, είτε με την εντός της ίδιας περιόδου (των έξι μηνών) ανάθεση από το Νοσοκομείο σε τρίτον της ως άνω σύμβασης συντήρησης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων για οπουδήποτε λόγο αρνηθεί την εκπλήρωση, κατά τα προηγούμενα, του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης του, αυτή λογίζεται ως ψευδής και υπόκειται στις κυρώσεις της υποβολής σοβαρής ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παρούσας διακήρυξης, παράλληλα δε, στοιχειοθετείται από την συμπεριφορά του αυτή η διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, συναφούς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που τέλει σε άμεση σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα μα συνέπεια να επέρχονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία κυρώσεις.

Η προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης δεσμεύει τον προμηθευτή από τον χρόνο λήξης της προσφερόμενης εγγύησης και εφόσον το Νοσοκομείο ζητήσει την σύναψη σχετικής σύμβασης συντήρησης χωρίς όμως να δεσμεύεται αυτό το ίδιο. **Η τιμή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με βάση την επίσημη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους αρμόδιους επίσημους φορείς του Ελληνικού Κράτους.** Η πρώτη αναπροσαρμογή της τιμής θεωρείται ότι εφαρμόζεται στην αρχική τιμή από το έτος λήξης του χρόνου της αρχικής εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για την ανάθεση της συντήρησης θα συναφθεί σχετική σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του Νοσοκομείου. Οι λοιποί όροι της σύμβασης αυτής εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τις τεχνικές προδιαγραφές και δεσμεύουν τον προμηθευτή, θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών κατά το χρόνο σύναψής της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο.

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή αθροιστικά δηλαδή για την προμήθεια και την συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για μια δεκαετία δηλαδή **το χαμηλότερο συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς- (Κ)**, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή Κ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4% και β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του

συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνούμενου να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης του συγκροτήματος και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον όσος και ο χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

\

Υποδείγματα για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρατίθενται στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε **(30) ημέρες**, εντός των οποίων θα γίνει η παράδοση του είδους. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 10 ημέρες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Β

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)

1. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής για Νοσοκομειακή χρήση, εύκολο στη χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του.
2. Να προσφερθεί κατ' επιλογήν τροχήλατο βαριάς κατασκευής ειδικά κατασκευασμένο για την τοποθέτηση επ' αυτού του συστήματος και των παρελκόμενων του και το οποίο απαραίτητα θα φέρει σύστημα πέδησης σε τουλάχιστον 2 τροχούς.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220-240V / 50Hz.
4. Να αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά μέρη:

A. Διαθερμία:

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, άριστης κατασκευής και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.
2. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, ορθοπεδικής, πλαστικής χειρουργικής, μικροχειρουργικής, ΩΡΛ χειρουργικής, λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής, θωρακο-χειρουργικής, **ουρολογικές επεμβάσεις υπό το ύδωρ αλλά και υπό φυσιολογικό ορό (Saline), καθώς και για απολίνωση αγγείων ενδοσκοπικά αλλά και σε ανοικτή χειρουργική.**
3. Να μπορεί να απολινώσει αγγεία διαμέτρου ως και 7mm τουλάχιστον με παράπλευρη θερμική διαφυγή όχι πάνω από 2mm για προστασία παρακείμενων ιστών.
4. Να διαθέτει διάφορους τύπους ρευμάτων για διάφορες εφαρμογές. Απαραίτητα να διαθέτει τους κάτωθι τύπους ρευμάτων:
 - Μονοπολική τομή
 - Μονοπολική τομή με αιμόσταση
 - Μονοπολική αιμόσταση εξ' επαφής
 - Μονοπολική αιμόσταση εξ' αποστάσεως (spray)
 - Μονοπολική αιμόσταση με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης από δύο χρήστες
 - Μονοπολική ενδο-λειτουργία για τομή και αιμόσταση
 - Μονοπολική τομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ για ουρολογικές επεμβάσεις (TUR)
 - Διπολική τομή
 - Διπολική τομή με αιμόσταση
 - Διπολική αιμόσταση Micro και Macro (Να υπάρχει η δυνατότητα auto start και auto stop)
 - **Διπολική τομή και αιμόσταση υπό φυσιολογικό ορό για ουρολογικές επεμβάσεις (TUR in Saline)**
 - **Διπολική αιμόσταση για απολίνωση αγγείων**
 - **Διπολική αιμόσταση για απολίνωση αγγείων ενδοσκοπικά**
 - Μονοπολική τομή με ARGON
 - Μονοπολική αιμόσταση με ARGON
 - Μονοπολική αιμόσταση με ARGON για ενδοσκοπική χρήση
 - Παλμική μονοπολική αιμόσταση με ARGON

5. Η μέγιστη ισχύς της μονοπολικής τομής να είναι τουλάχιστον 350W και της μονοπολικής αιμόστασης 250W. Η μέγιστη ισχύς της διπολικής τομής και αιμόστασης να είναι 120W, της διπολικής αιμόστασης για απολίνωση αγγείων να είναι 320W και της διπολικής τομής υπό φυσιολογικό ορό 350W. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση όλοι οι τρόποι λειτουργίας και οι αντίστοιχες αποδόσεις (W/Ω).
6. Να είναι συμβατή με διπολικά ρεζεκτοσκόπια διάφορων οίκων κατασκευής και τουλάχιστον με Storz, Wolf και Olympus.
7. Να διαθέτει ρύθμιση της ισχύος ανάλογα με την ωμική αντίσταση του ιστού.
8. Να διαθέτει χειριστήρια εργονομικής σχεδίασης που να παρέχουν μεγάλη ευκολία ρυθμίσεων.
9. Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις όπου εκτός της ισχύος να απεικονίζονται το είδος της λειτουργίας, τυχόν προγράμματα που χρησιμοποιούνται, ένδειξη καλής επαφής του ουδέτερου ηλεκτροδίου καθώς και ένδειξη επιλογής μονού ή διπλού ποδοδιακόπτη ή χειροδιακόπτη.
10. Να δύναται να συνεργαστεί με συσκευή ARGON χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση.
11. Να διαθέτει πλήθος μνημών (τουλάχιστον 80 μνήμες) για εισαγωγή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων θεραπειών με δυνατότητα ταχείας ανάκλησής των.
12. Να φέρει σύστημα αυτοελέγχου και σε περίπτωση δυσλειτουργίας να δίνει οπτικο-ακουστικό συναγερμό και να διακόπτει την λειτουργία της.
13. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και να παρέχει ψηφιακές κωδικοποιημένες ενδείξεις ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός της βλάβης.
14. Προς αποφυγή εγκαυμάτων των ασθενών, να διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης του ουδέτερου ηλεκτροδίου και να διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της σε περίπτωση κακής επαφής του. Επίσης να αναγνωρίζει αυτόματα εάν το ουδέτερο ηλεκτρόδιο είναι μονής ή διπλής όψεως με αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.
15. Να είναι ηλεκτρομαγνητικά μονωμένη έτσι ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα των monitors ούτε να επηρεάζεται από την χρήση απινιδωτών.
16. Το σώμα της συσκευής να είναι υδατοστεγώς κλειστό, από ανθεκτικό υλικό ώστε να μην παραμορφώνεται σε κτυπήματα και να μην αλλοιώνεται όταν καθαρίζεται με αντισηπτικά διαλύματα.
17. Οι χειρολαβές να φέρουν μόνιμα συνδεδεμένα καλώδια με υδατοστεγή σύνδεση για να καθαρίζονται και να κλιβανίζονται εύκολα χωρίς να κατακρατούν υγρασία στις συνδέσεις.
18. Να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας μέσω χειροδιακόπτη καθώς και μονού και διπλού ποδοδιακόπτη για όλες λειτουργίες (μονοπολική και διπολική).
19. Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων
- Μία μονοπολική χειρολαβή με κομβία και ενσωματωμένο καλώδιο
 - Μία σειρά μονοπολικών ηλεκτροδίων (μαχαιρίδιο, λογχοειδές, βελόνα, αγκύλη και μπίλια)
 - Καλώδιο για πλάκες γείωσης μίας χρήσεως
 - Διπλός ποδοδιακόπτης για μονοπολική και διπολική χρήση

B. Ρεζεκτοσκόπιο [τεμάχια δύο (2)]:

1. Τα προσφερόμενα ρεζεκτοσκόπια να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα για επεμβάσεις με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού (Saline) και να αποτελούνται από τα παρακάτω διακριτά μέρη:

- **Οπτική Γωνίας 30° και διαμέτρου 4 mm**, η οποία να είναι κλιβανιζόμενη και να συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης.
- **Στοιχείο Εργασίας Ενεργητικής κοπής** κατάλληλο για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό και να είναι κλιβανιζόμενο σε υγρό κλίβανο (autoclavable).
- **Εσωτερική Θήκη** που να περιλαμβάνει μαντρέν και να είναι κλιβανιζόμενη σε υγρό κλίβανο (autoclavable).
- **Εξωτερική Θήκη** που να είναι διαμέτρου 26Fr ή 27Fr, περιστρεφόμενη, συνεχούς ροής, να διαθέτει δυο κάνουλες και να είναι κλιβανιζόμενη σε υγρό κλίβανο (autoclavable).
- **Συνδετικό (Connector)** προσαρμοζόμενο μεταξύ του έξω άκρου της θήκης και της οπτικής, εφ' όσον απαιτείται για τη σύνδεση.

2. Να προσφερθούν δύο καλώδια διαθερμίας για σύνδεση των προσφερόμενων ρεζεκτοσκοπίων με την προσφερόμενη διαθερμία και για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να προσφερθεί γυάλινη σύριγγα τύπου Alexander (150ml) κλιβανιζόμενη, που να προσαρμόζεται στο έξω άκρο της θήκης των ρεζεκτοσκοπίων. Επιπλέον, να προσφερθεί οπτικό μαντρέν κλιβανιζόμενο.

3. Τα προσφερόμενα ρεζεκτοσκόπια να είναι συμβατά με τα κάτωθι ηλεκτρόδια **πολλαπλών χρήσεων**, τα οποία να προσφερθούν:

- **Ηλεκτρόδιο Κοπής Τύπου Αγκύλης (Τεμ. 3)** (να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της αγκύλης προς αξιολόγηση) για την προσφερόμενη οπτική 30°, κατάλληλο για εργασία σε περιβάλλον με αλατούχο φυσιολογικό ορό.
- **Ηλεκτρόδιο Τύπου Ακίδας (Τεμ. 3)** (να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της ακίδας προς αξιολόγηση) για την προσφερόμενη οπτική 30° κατάλληλο για εργασία σε περιβάλλον με αλατούχο φυσιολογικό ορό.
- **Ηλεκτρόδιο Εξάχνωσης Προστάτη (Τεμ. 3)** (να υπάρχει περιγραφή του προς αξιολόγηση) για την προσφερόμενη οπτική 30°, κατάλληλο για εργασία σε περιβάλλον με αλατούχο φυσιολογικό ορό.

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Ελάχιστη τεχνική προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι η εγκατάσταση και συντήρηση τουλάχιστον δυο (2) ίδιου τύπου μηχανημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
2. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
3. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30-40 ημέρες. Το είδος θα παραδοθεί στο χώρο του Νοσοκομείου για τον οποίο προορίζεται, με έξοδα της εταιρείας.
4. Κατά την παράδοση η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσως του προσωπικού χειρισμού στο τρόπο χρήσης και επισκευής-συντήρησης του μηχανήματος για όσο διάστημα απαιτηθεί, καθώς επίσης και να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα εγχειρίδια χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στην Ελληνικά Γλώσσα) και τα τεχνικά εγχειρίδια (Service Manual) μαζί με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Part list) στην Αγγλική Γλώσσα.
5. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (οδηγία 93/42/EOK) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και αποφάσεις καθώς και να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστικού οίκου. Τέλος ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β' 16/01/2004), να

διαθέτει EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2003 καθώς και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει των Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006.

6. Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα Τεχνικά φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας των προδιαγραφών. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν είναι εμφανής η κάλυψη κάποιας εκ των προδιαγραφών από τα αντίστοιχα φυλλάδια ή εγχειρίδια του προσφερόμενου συστήματος, επιτρέπεται να προσκομιστούν επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου νομίμως μεταφρασμένες στην Ελληνική.

7. Να κατατεθεί προσφορά συντηρήσεως πλήρους κάλυψης με ανταλλακτικά (Total Care) – θα περιλαμβάνει απεριόριστες εργασίες επισκευής, εργασίες προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή και ανταλλακτικά επισκευών και προληπτικής συντηρήσεως – για μια 10ετία συνολικά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγυήσεως όπως προβλέπετε και στο Άρθρο 7. Ιδιαίτερα, για το διάστημα του χρόνου εγγυήσεως, οποιεσδήποτε εργασίες ή ανταλλακτικά ή αναλώσιμα συντηρήσεως (πχ φίλτρα, μπαταρίες, κ.τ.λ.) απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Η προσφορά θα εναρμονίζεται με το σχέδιο συντηρήσεως του Παραρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών και είναι δεσμευτικό για τους προμηθευτές.

8. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας θα πρέπει να είναι εντός 48ωρών από την ειδοποίηση. Εάν ο χρόνος επισκευής κριθεί ότι θα ξεπεράσει τις 5 εργάσιμες ημέρες η εταιρεία υποχρεούται την αντικατάστασή του με άλλο εφάμιλλο ή ανώτερων δυνατοτήτων, προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα το Τμήμα για όσο διάστημα απαιτηθεί.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Κ. ΒΑΡΔΑΚΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ**